

	<p>Object: Gummiballon mit Rekord-Konus</p> <p>Museum: Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum- bielefeld.de</p> <p>Collection: Spritzen &amp; Kanülen</p> <p>Inventory number: SPV064</p>
--	---

## Description

Gummiballon mit Rekord-Konus, zum Trocknen von Kanülen. Roter Gummi, mit schwarzem Ventilmechanismus auf der einen und dem Rekordspritzen-Konus auf der anderen Seite. Längsseitig sechsmalig mit Gummikanten verstärkt.

Nach der Reinigung von Kanülen mit kaltem Wasser spritzt man zum Trocknen erst Äther und anschließend mehrere Male Luft mit diesem kleinen Gummiballon durch die Kanüle, bevor diese sterilisiert werden konnte. (Goldhahn 1966, S. 277).

## Basic data

Material/Technique: Gummi, Metall

Measurements:

## Events

Was used      When      1960s

Who

Where

## Keywords

- Vulcanized rubber

## Literature

- Goldhahn, Irmgard (1966): 1x1 der Krankenschwester. Leipzig , S. 277