

	<p>Objekt: Sehprobentafel</p> <p>Museum: Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum- bielefeld.de</p> <p>Sammlung: Augenheilkunde Lehrtafeln/ Medien</p> <p>Inventarnummer: MPV075</p>
--	--

## Beschreibung

Sehprobentafel Oculus, Zahlen, in Plastik eingeschweißt, Verwendung zur Sehschärfeprüfung in 5, 6 oder in 1 m Entfernung, jeweils mit einem Auge. Wird z.B. bei einer Distanz von 5 m die zweite Zeile, aber nicht die darunter abgebildeten Ziffern komplett richtig erkannt, hat er eine Sehschärfe von 25% (Visus 0,25). Bei einer schlechteren Sehschärfe als 0,125 wird die Distanz auf 1 m verkürzt. Sollte der Patient auch dann nichts erkennen, kann die/der Untersuchende ihre/seine Finger vor das betreffende Auge in einem Abstand von ca. 30 cm, damit die Anzahl der gestreckten Finger benannt werden könnte. Bei schlechterer Sehschärfe muss eine Handbewegung vor dem Auge erkannt werden, bei noch schlechteren Sehverhältnissen muss das Licht einer Taschenlampe erkannt werden, ggf. sollte die Richtung, aus der das Licht kommt, angegeben werden.

## Grunddaten

Material/Technik:

Maße: 29x49 cm

## Schlagworte

- Messinstrument
- Sehprobentafel